

PARECER TÉCNICO Nº 02/2023 – 01/11/2023

DE: UNIDADE DE MANUTENÇÃO, ENGENHARIA CLINICA

PARA: Cotação prévia

A/C. Aline Melo

ASSUNTO: PROCESSO Nº 005/2023 COTAÇÃO PRÉVIA Nº 004/2023

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

Em resposta ao pedido de impugnação da empresa **Canon Medical Systems do Brasil Ltda.**, referente ao Pregão eletrônico 005/2023, informo o seguinte:

A empresa solicitada as seguintes alterações:

Alterações:

Onde se Lê:

- Faixa de angulação mecânica mínima: +/- 30º;
 - Faixa de corrente de tubo no mínimo: 20 a 420 mA;
 - Gerador de RX de no mínimo 50 KW;
 - Capacidade térmica do anodo de no mínimo 5,0 MHU real;
 - Capacidade de resfriamento do tubo de no mínimo 840 KHU/min.;
 - Capacidade de estudos helicoidais multislice com gantry angulado para angiografias cerebrais
- (permitindo evitar a exposição de RX no cristalino);
- Instrução automática para os pacientes com no mínimo 30 mensagens programáveis;
 - Cobertura volumétrica mínima de 1500 mm.

Workstation adicional (Estação de Trabalho independente) COM PACOTE CARDÍACO a ser instalada na sala de

laudo:

- Monitor colorido tipo Flat Screen de pelo menos 24" 1920x1200 ou superior e 300cd/m2 ou superior;

Configuração de Hardware mínima:

- Processador com 6 núcleos ou mais de 3,6GHz;
- 32GB de memória RAM;
- Sistema de HDs com capacidade mínima de 1TB;
- Monitor colorido tipo Flat Screen de pelo menos 24" 1920x1200 ou superior e 300cd/m2 ou superior;
- Gravador de CD-RW e DVD-RW;
- Placa de rede padrão Ethernet;
- Placa de vídeo com no mínimo 5 GB GDDR5 de memória;

CASA DE CARIDADE DE MURIAÉ
HOSPITAL SÃO PAULO
MURIAÉ - MG

- Teclado e mouse óptico;
- Sistema operacional MS Windows 10 Professional

Leia-se:

- Faixa de angulação mecânica ou digital mínima: +/- 30º;
- Faixa de corrente de tubo no mínimo: 20 a 600 mA;
- Gerador de RX de no mínimo 70 KW;
- Capacidade térmica do anodo de no mínimo 7,0 MHU real;
- Capacidade de resfriamento do tubo de no mínimo 1000 KHU/min.;
- Capacidade de estudos helicoidais multislice com gantry angulado para angiografias cerebrais (permitindo evitar a exposição de RX no cristalino) ou solução avançada de software para redução física da exposição de dose de radiação às áreas mais sensíveis como cristalino, mama e tireoide, sem a necessidade de angulação mecânica;
- Instrução automática para os pacientes com no mínimo 15 mensagens programáveis;
- Cobertura volumétrica mínima de 1600 mm.

Workstation adicional (Estação de Trabalho independente) COM PACOTE CARDÍACO a ser instalada na sala de laudo:

- Monitor colorido tipo Flat Screen de pelo menos 19" 1280x1024 ou superior;

Configuração de Hardware mínima:

- Processador com 6 núcleos ou mais de 3,0GHz;
- 32GB de memória RAM;
- Sistema de HDs com capacidade mínima de 1TB;
- Monitor colorido tipo Flat Screen de pelo menos 19" 1280x1024 ou superior;
- Gravador de CD-RW e DVD-RW;
- Placa de rede padrão Ethernet;
- Placa de vídeo com no mínimo 2 GB de memória;
- Teclado e mouse óptico;
- Sistema operacional compatível com o equipamento ofertado

Resposta: O pedido da empresa é improcedente, pois a especificação foi realizada primando pela aquisição de equipamentos de qualidade e, alterar o item do Edital, conforme solicita a empresa, seria sim, rebaixar o nível de qualidade do equipamento que buscamos adquirir e que atenderá às necessidades do Hospital. Além disso, mantendo a especificação do item, a competitividade do certame não será prejudicada, visto que todos os grandes fabricantes e fornecedores possuem modelos que atendem às especificações mínimas do Edital, dentre eles: Philips, Canon, Siemens e a própria GE.

Portando a especificação deverá ser mantida e o Edital inalterado.

Eng. Gilson Cláudio Amorim
Unidade de Engenharia Clínica