

Campinas, 30 de outubro de 2023.

A
CASA DE CARIDADE DE MURIAÉ
HOSPITAL SÃO PAULO
MURIAÉ - MG

PROCESSO Nº 005/2023
COTAÇÃO PRÉVIA Nº 004/2023
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Constitui objeto da presente COTAÇÃO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, incluindo transporte horizontal e vertical, serviços do despachante aduaneiro, instalação, montagem, prestação de garantia de funcionamento, manutenção e assistência técnica conforme especificação técnica e condições comerciais, descritos e especificados conforme Anexo I - Especificações do Objeto.

A empresa **CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.**, inscrita no **CNPJ sob nº 46.563.938/0014-35**, vem, solicitar **revisão do edital** das especificações técnicas do Anexo I – Termo de Referência – **ITEM 01 – TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO HELICOIDAL MULTISLICE COM NO MÍNIMO 128 CORTES POR ROTAÇÃO**, pelos seguintes motivos:

Ao analisarmos as especificações técnicas verificamos que alguns pontos supostamente restringem e impedem o equilíbrio técnico entre os players, impactando diretamente no aferimento de lances e economicidade ao erário, portanto se faz necessário algumas alterações, para que haja ampla concorrência, economicidade e todos os licitantes possam apresentar suas propostas de forma regular, e primordialmente propiciar a este órgão público a melhor análise de todas, para escolher a mais vantajosa para administração pública.

Alterações:

- **Onde se lê:** “Tempo de corte total (360°): 0,35 segundos ou menor”
- **Ajustar para:** “Tempo de corte total (360°): 0,5 segundos ou menor”

Justificativa: O tempo de rotação é um ponto relevante para os exames de cardiologia, entretanto não é crucial considerar o tempo de rotação em 360° uma vez que para aquisições cardíacas prospectivas é utilizado o modo half scan, com isso equipamentos que realizam a rotação 360° em 0,5 segundos, são capazes de realizar aquisições de cardiologia em modo prospectivo em 0,32 segundos. Além disso, a resolução temporal para exames de cardiologia não é puramente pautada pela velocidade de rotação, mas pela sincronização adequada entre os batimentos cardíacos e a aquisição das imagens. As plataformas que da Canon Medical Systems que realizam angiotomografia de coronária ainda contam com a possibilidade de utilização do PhaseXact que reduz ainda mais os artefatos de movimentação, proporcionando uma qualidade de imagem ainda superior, e do ^{SURE}Cardio – ferramenta inteligente de seleção de parâmetros para aquisição cardiológica sincronizada adequadamente ao ritmo cardíaco do paciente. Vale destacar que o ajuste é mandatório para assegurar a isonomia competitiva do processo, bem como a participação da Canon Medical.

AO PEDIDO:

Senhor Pregoeiro, serve a presente para requerer à V.Sas. o pedido de alteração das especificações técnicas acima citado para que possamos participar deste pleito e elaborar nossa proposta em igualdade de condições, propiciando a este órgão Público a análise de outras propostas e a escolha da mais vantajosa.

A Canon Medical possui uma ampla linha de produtos, é fornecedora tradicional no mercado Brasileiro tanto no mercado Público como no Privado e tem todo interesse em participar dos processos licitatórios instaurados por este Órgão.

Nestes Termos,

Pede Deferimento

Atenciosamente,



MARLY SAYURI EISHIMA

GERENTE DE VENDAS PUBLICAS

RG N° 18.157.997-2 SSP/SP

CPF N° 110.896.598-90

46.563.938/0014-35

CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA

Av. Pierre Simon DE Laplace, 965

Techno Park - CEP 13069-320

CAMPINAS - SP